

アイチリモーターメーター仕様書 愛知時計電機株式会社		整理番号	
		発行年月日	
ご注文先	殿	納入先	殿

I. 記憶装置付水道メーター

口径 (mm)		13	20	25	30	40
分離形	型式	ESDS13-II-III ESDSL13-II-III	ESDS20-II-III	ESDS25-II-III	ESDS30-II-III	ESDS40-II-III
	型式承認番号	L0817号	L1031号	L1031号	L1031号	L1031号
	台数	台	台	台	台	台
標準流量 (m3/h)		2.5	4	6.3	10	10
流量範囲 (m3/h)	±5%	0.025~0.04未満	0.04~0.064未満	0.063~0.101未満	0.1~0.16未満	0.1~0.16未満
	±2%	0.04~3.13	0.064~5.0	0.101~7.88	0.16~12.5	0.16~12.5
使用流量 (m3/日)	10時間運転/日	7	12	18	30	30
	24時間運転/日	12	20	30	50	50
外形寸法	外形寸法及び取付寸法は別紙外觀図を参照して下さい。					
塗装	無塗装					
コード	仕上外形：φ6.5、芯線：φ0.5mm <sup>2</sup> 、20本3線、3芯 長さ1.5m					

II. 集中検針盤 PI-II

型式 (面数)	屋内・屋外・埋込	PI-II (面)
外形寸法	外形寸法及び取付寸法は別紙外觀図を参照して下さい。	
検針器	液晶表示による直読式4桁	
電源	リチウム電池 (交換可能)	
塗装	粉体塗装、標準色	日塗工 ( ) 22-90B
錠	タキゲン製 No. A-147 (取外しハンドル付)	
環境温度	-25℃~+55℃ (ただし検針時は0℃~+50℃)	
(備考) 1. 記憶装置と検針盤間は別紙(赤・黒)された2線で接続し、最大伝送距離は、200m(ただし線間容量0.02μF以下)以下として下さい。 2. 特殊色につきましては、メラミン焼き付け塗装になります。		

III. その他

検針の方法及び設置工事要領は、取扱説明書を参照ください。

.....

.....

.....

.....

.....

.....

承認	照査	担当